

ANEXOS

Anexo 1. Datos completos estudio preliminar en Dimension Vista 1500.

	Paciente 1		
	Basal	Tª ambiente	Nevera
Repetición 1	602	613	522
Repetición 2	601	627	519
Repetición 3	598	620	521
Repetición 4	588	599	515
Repetición 5	583	625	517
Repetición 6	579	585	514
Media	591,83	611,50	518,00
SD	9,83	16,47	3,22
CV%	1,66	2,69	0,62
DP%		3,32	-12,48
DMA%		6,39%	6,39%

	Paciente 2		
	Basal	Tª ambiente	Nevera
Repetición 1	248	257	217
Repetición 2	245	245	214
Repetición 3	240	251	211
Repetición 4	241	249	211
Repetición 5	240	245	210
Repetición 6	242	243	207
Media	242,67	248,33	211,67
SD	3,20	5,16	3,44
CV%	1,32	2,08	1,63
DP%		2,34	-12,77
DMA%		6,39%	6,39%

	Paciente 3		
	Basal	Tª ambiente	Nevera
Repetición 1	260	250	219
Repetición 2	261	252	223
Repetición 3	258	251	222
Repetición 4	260	252	218
Repetición 5	257	252	219
Repetición 6	259	254	213
Media	259,17	251,83	219,00
SD	1,47	1,33	3,52
CV%	0,57	0,53	1,61
DP%		-2,83	-15,50
DMA%		6,39%	6,39%

Anexo 2. Datos completos estudio extendido Dimension Vista 1500.

		Basal	12 horas	24 horas	36 horas	48 horas	60 horas	72 horas
Paciente 1	Repetición 1	147	142	151	139	141	133	136
	Repetición 2	147	139	148	143	145	130	139
	Media	147	140,5	149,5	141	143	131,5	137,5
	SD	0,00	2,12	2,12	2,83	2,83	2,12	2,12
	CV%	0,00	1,51	1,42	2,01	1,98	1,61	1,54
Paciente 2	Repetición 1	185	178	178	167	175	161	160
	Repetición 2	187	178	179	170	176	167	164
	Media	186	178	178,5	168,5	175,5	164	162
	SD	1,41	0,00	0,71	2,12	0,71	4,24	2,83
	CV%	0,76	0,00	0,40	1,26	0,40	2,59	1,75
Paciente 3	Repetición 1	213	205	195	203	201	195	193
	Repetición 2	217	203	203	201	202	198	193
	Media	215	204	199	202	201,5	196,5	193
	SD	2,83	1,41	5,66	1,41	0,71	2,12	0,00
	CV%	1,32	0,69	2,84	0,70	0,35	1,08	0,00
Paciente 4	Repetición 1	126	122	115	122	113	111	125
	Repetición 2	127	122	116	117	114	114	125
	Media	126,5	122	115,5	119,5	113,5	112,5	125
	SD	0,71	0,00	0,71	3,54	0,71	2,12	0,00
	CV%	0,56	0,00	0,61	2,96	0,62	1,89	0,00
Paciente 5	Repetición 1	191	189	179	178	179	168	177
	Repetición 2	192	183	177	177	175	166	172
	Media	191,5	186	178	177,5	177	167	174,5
	SD	0,71	4,24	1,41	0,71	2,83	1,41	3,54
	CV%	0,37	2,28	0,79	0,40	1,60	0,85	2,03
Paciente 6	Repetición 1	148	157	137	145	147	137	144
	Repetición 2	155	154	134	145	143	137	136
	Media	151,5	155,5	135,5	145	145	137	140

	SD	4,95	2,12	2,12	0,00	2,83	0,00	5,66
	CV%	3,27	1,36	1,57	0,00	1,95	0,00	4,04
Paciente 7	Repetición 1	178	174	171	173	168	170	169
	Repetición 2	186	177	164	170	172	176	170
	Media	182	175,5	167,5	171,5	170	173	169,5
	SD	5,66	2,12	4,95	2,12	2,83	4,24	0,71
	CV%	3,11	1,21	2,96	1,24	1,66	2,45	0,42
Paciente 8	Repetición 1	494	486	448	442	441	436	431
	Repetición 2	480	459	458	444	445	433	435
	Media	487	472,5	453	443	443	434,5	433
	SD	9,90	19,09	7,07	1,41	2,83	2,12	2,83
	CV%	2,03	4,04	1,56	0,32	0,64	0,49	0,65
Paciente 9	Repetición 1	191	183	179	176	178	171	172
	Repetición 2	191	188	176	179	174	174	171
	Media	191	185,5	177,5	177,5	176	172,5	171,5
	SD	0,00	3,54	2,12	2,12	2,83	2,12	0,71
	CV%	0,00	1,91	1,20	1,20	1,61	1,23	0,41
Paciente 10	Repetición 1	154	153	154	145	151	147	147
	Repetición 2	157	157	153	148	147	148	150
	Media	155,5	155	153,5	146,5	149	147,5	148,5
	SD	2,12	2,83	0,71	2,12	2,83	0,71	2,12
	CV%	1,36	1,82	0,46	1,45	1,90	0,48	1,43